1. Ficha indicador

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
INDICADOR DE PROCESO/RESULTADO	
1.Estándar	¿A qué estándar pertenece el indicador? SAD.2.9 Se han implementado un Programa de Control de Calidad interno y externo
2. Problema detectado	Desechos innecesarios de pelicula radiografica por diversos factores (falla de impresora, envio de estudio mal fotografiado, etc.)
3. Nombre del indicador	Porcentaje de placas de desecho en el area de imagenologia
4.Algoritmo	Indicar la fórmula matemática que se empleara para medir el indicador, ejemplo: = #de placas de desechos / #total de placas utilizadas al mes X 100
5. Descripción (¿Qué nos dice?)	Existe una cantidad de placas de desecho en el area de imagenologia por diferentes factores.
6. Objetivo	¿Qué se pretende con este indicador? No malgastar insumos de pelicula radiografica en el area de imagenologia ¿Cuál es la meta al aplicar este indicador? No rebasar el limite mensual permitido de pelicula radiografica
7.Alcance	Tecnico radiologo de cada turno del area de imagenologia. Area Biomedica
8. Proceso (método) de obtención	Indicar los pasos a seguir para. a) Toma de estudios adecuadamente (rx, rm) b) Recolectar los datos mediante una bitacora de registro de desecho de placa c) Si existe falla de impresora, quien este en el turno debe de notificar al area biomedica para solucionar el problema.
9. Frecuencia de revisión	mensual
10. Responsable	TR. Alondra Lazcano TR.Raymundo Castro TR.Eduardo Rosales TR. Julian Torres

	Verificacion: Coordinadores del tema

2. Recolección de datos

Se debe indicar y/o demostrar de donde se obtiene la información del indicador



CEMA FIFA

BITACORA DE CONTROL DE DESECHOS DE PELICULA RADIOGRAFICA

MES: Julio 2020

FECHA	NOMBRE DEL PACIENTE	ESTUDIO REALIZADO	TURNO	NOMBRE Y FIRMA TECNICO RADIOLOGO	MOTIVO DEL DESECHO
17/07/20	Calibración de Equipo	Calibracia.	TM	Alondra L.T.	Calibración de impresora
21/07/20	Perez Castillo Lourdes	OS nomario	tm.	Alondra L.T.	falla de impresión.
29/07/20	Calibración de Equipo	Calibración	TM.	Alondra L.T.	Calibración impresora.
29/07/20	Ortega Sanchez Oka.	Rx Seno Ap	tm.	Alondra L.T.	impresión incorrecta.

Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V. CLAVE: CEMA-RG-IM-CDPR-04 / V.1.0

3. Algoritmo

Se debe colocar la fórmula matemática declarada para el indicador.

Numero de placas de desecho X 100 =
Numero de placas utilizadas en el mes

4. Resultados del algoritmo

Colocar el algoritmo con los resultados de los meses que se van a presentar

4 placas de desecho X 100 = 0.7%
539 placas utilizadas en JULIO 2020

5. Representación gráfica por frecuencia de revisión

Esquematización de los resultados del algoritmo.



6. Representación gráfica comparativa





Elaboró	Validó
JULIAN TORRES GODINEZ Tecnico Radiólogo	Aldo Isaac Vázquez Godínez Jefe del Area de Imagenología

Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.





7. *Conclusiones*

1.- El área de Imagenología presenta desecho de película radiográfica pero no excede del 10 % permitido.
2.- principales motivos de desecho durante el mes de JULIO 2020 fue por error en el nombre del paciente.

Elaboró	Validó
JULIAN TORRES GODINEZ Tecnico Radiólogo	Aldo Isaac Vázquez Godínez Jefe del Area de Imagenología

Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.