

FECHA:				TURNO:	 Centro de Excelencia Medica en Altura Área biomedica Bitácora de revisión y mantenimiento semanal de equipos biomédicos del área de laboratorio		Resultado de mantenimiento diario	
Nombre y firma							Realizado	Observaciones
Equipo	Marca	Modelo	Numero de serie	Mantenimiento Semanal				
Refrigerador 1	WHIRLPOOL	WT90135	W10637300 B	N/A				
Refrigerador 2	X	X	X	N/A				
Refrigerador 3	X	X	X	N/A				
Micropipeta 100 - 1000 µL	X	X	X	N/A				
Micropipeta 10 - 100 µL	X	X	X	N/A				
Baño maría	CIVEQ	KW-1000DC	WJ-HH20327	CAMBIO DE AGUA				
Analizador hematológico	Sysmex	KX-21N	B410710/2007	LIMPIEZA DE LA BANDEJA COLECTORA				
Analizador de química sanguínea	roche	cobas 111	2890	LIMPIEZA MANUAL DE LA AGUJA.				
Lector de tiras reactivas	Roche	Reflotron plus	5081344	N/A				
Centrifuga	LW Scientific	ULTRA-8V	V127743	N/A				
Coagulometro	LINCON	CATRON M1	M1-11216	N/A				
Mezclador 1	X	X	X	N/A				
Mezclador 2	X	X	X	N/A				
Contador de células	KIT-LAB	DIGITAL COU	992	N/A				
Microscopio	NA	NA	OO1726	N/A				