

LISTADO DE MATERIALES, SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS DEL LABORATORIO CLÍNICO				
#	PRODUCTO	MANIPULACIÓN	DESECHO	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATERIALES				
1	Guante de exploracion	Manipular todo tipo de material como potencialmente infeccioso.	Desechar en recipiente de basura común o en recipiente de rpbi dependiendo el caso.	 
2	Torunda no empapada de sangre o fluido	Manipular todo tipo de material como potencialmente infecciosa.	Desechar en recipiente de basura común.	  
3	Aplicador de madera con residuo biológico	Manipular todo tipo de material como potencialmente infeccioso.	Desechar debidamente en el recipiente de RPBI no anatómico según la normativa oficial NOM aplicable.	   
4	Pipeta o gotero de plástico	Manipular todo tipo de material como potencialmente infeccioso.	Desechar debidamente en el recipiente de RPBI no anatómico según la normativa oficial NOM aplicable.	   
5	Cartuchos desechables para la realización de pruebas inmunocromatograficas	Manipular todo tipo de material como potencialmente infeccioso.	Desechar debidamente en el recipiente de RPBI no anatómico según la normativa oficial NOM aplicable.	  
				  

6	Tubo vacutainer para EGO	Manipular todo tipo de material como potencialmente infeccioso.	Dejar desinfectar por 20 minutos en una solución de hipoclorito de sodio al 10 % y desechar.	 		
7	Tira reactiva para examen químico de orina	Manipular todo tipo de material como potencialmente infeccioso.	Desechar debidamente en el recipiente de RPBI no anatómico según la normativa oficial NOM aplicable.	 		
8	Portaobjetos	Manipular todo tipo de material como potencialmente infeccioso.	Dejar desinfectar por 20 minutos en una solución de hipoclorito de sodio al 10 % y desechar en caja de cartón debidamente rotulada.	 		
9	Cubreobjetos	Manipular todo tipo de material como potencialmente infeccioso.	Dejar desinfectar por 20 minutos en una solución de hipoclorito de sodio al 10 % y desechar en caja de cartón debidamente rotulada.	 		
10	Placa de plástico para reacción de aglutinación macroscópica	Manipular todo tipo de material como potencialmente infeccioso.	Dejar desinfectar por 20 minutos en una solución de hipoclorito de sodio al 10 % y desechar.	 		
11	Copilla del equipo COBAS C 111	Manipular todo tipo de material como potencialmente infeccioso.	Desechar debidamente en el recipiente de RPBI no anatómico según la normativa oficial NOM aplicable.	 		
						

12	Microcubetas de reacción del equipo COBAS C 111	Manipular todo tipo de material como potencialmente infeccioso.	Desechar debidamente en el recipiente de RPBI no anatómico según la normativa oficial NOM aplicable.	   
13	Copillas COATRON M2	Manipular todo tipo de material como potencialmente infeccioso.	Desechar debidamente en el recipiente de RPBI no anatómico según la normativa oficial NOM aplicable.	   
14	Puntillas para micropipetas	Manipular todo tipo de material como potencialmente infeccioso.	Desechar debidamente en el recipiente de RPBI no anatómico según la normativa oficial NOM aplicable.	   
15	Tiras reactivas REFLOTRON PLUS	Manipular todo tipo de material como potencialmente infeccioso.	Desechar debidamente en el recipiente de RPBI no anatómico según la normativa oficial NOM aplicable.	   
16	Abatelenguas de madera	Manipular todo tipo de material como potencialmente infeccioso.	Desechar debidamente en el recipiente de RPBI no anatómico según la normativa oficial NOM aplicable.	   
17	Hisopo para toma de muestra	Manipular todo tipo de material como potencialmente infeccioso.	Desechar debidamente en el recipiente de RPBI no anatómico según la normativa oficial NOM aplicable.	   
SUSTANCIAS				 

18	AGUA DESIONIZADA	Usar en lugar fresco y seco a temperatura de xxº a xxº lejos de la luz solar en envases de cierre hermético, si se presenta formación de biofilm en la superficie interna del recipiente deseche y utilice un nuevo envase.	Desechar en el desagüe normal ya que no es una sustancia que represente peligro para el ser humano o para el medio ambiente.	 
19	ALCOHOL ETÍLICO 70°	Como medida general, se procurará la correcta ventilación de los locales durante el desarrollo de las tareas. Se deberá tener en consideración el recorrido esperable de aire en la zona para la adecuada colocación del trabajador/a. La secuencia correcta será: entrada de aire-trabajador-foco de emisión salida de aire. El personal involucrado en el manejo del producto debe utilizar todos los elementos de protección personal recomendados, se debe trabajar en un lugar con ventilación adecuada, el producto es altamente inflamable.	Desechar según la normativa oficial vigente.	   
20	CLORURO DE CALCIO	Como medida general, se procurará la correcta ventilación de los locales durante el desarrollo de las tareas. Se deberá tener en consideración el recorrido esperable de aire en la zona para la adecuada colocación del trabajador/a. La secuencia correcta será: entrada de aire-trabajador-foco de emisión salida de aire. El uso de guantes, bata de laboratorio y frascos con cantidades pequeñas de la mezcla. Mantener lejos de ácidos o bases fuertes y cualquier sustancia o mezcla que reaccione con el agua. Almacenar bien cerrado, en lugar bien ventilado.	Desechar según la normativa oficial vigente.	   
21	COLORANTE WRIGHT	Como medida general, se procurará la correcta ventilación de los locales durante el desarrollo de las tareas. Se deberá tener en consideración el recorrido esperable de aire en la zona para la adecuada colocación del trabajador/a. La secuencia correcta será: entrada de aire-trabajador-foco de emisión salida de aire. El reactivo viene listo para usar, envasado en frascos ámbar de 1000ml. Se deben utilizar todos y cada uno de los dispositivos y equipos de seguridad que se enmarcan en este documento.	En América no están establecidas pautas homogéneas para la eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de residuos especiales, quedando sujetos su tratamiento y eliminación a los reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede contactar con la autoridad competente, o bien con los gestores legalmente autorizados para la eliminación de residuos.	   
		Como medida general, se procurará la correcta ventilación		

22	FORMALDEHIDO	de los locales durante el desarrollo de las tareas. Se deberá tener en consideración el recorrido esperable de aire en la zona para la adecuada colocación del trabajador/a. La secuencia correcta será: entrada de aire-trabajador-foco de emisión salida de aire. Mantener siempre los recipientes cerrados, solo abrir en el momento de introducir la muestra. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lavado de las manos tras la manipulación. No comer o beber en el lugar de trabajo. Evitar la formación de aerosoles. Utilizar correctamente los equipos de protección personal recomendados. Los derrames y residuos se recogerán inmediatamente, siguiendo un procedimiento específico. Se depositarán en contenedores específicos herméticos.	Con agitación constante y lentamente añadir al aldehído (aproximadamente 10 ml de agua por cada ml de aldehído) en un exceso de blanqueador comercial (25 ml de blanqueador por cada 1 ml de formaldehído). Agitar por 20 minutos, después verter la solución en el drenaje.	   
23	HIDROXIDO DE POTASIO AL 10% PARA PRUEBAS DE AMINAS	Como medida general, se procurará la correcta ventilación de los locales durante el desarrollo de las tareas. Se deberá tener en consideración el recorrido esperable de aire en la zona para la adecuada colocación del trabajador/a. La secuencia correcta será: entrada de aire-trabajador-foco de emisión salida de aire. Mantener siempre los recipientes cerrados, solo abrir en el momento de introducir la muestra. Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia. Áreas sucias limpiar bien. Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Temperatura de almacenaje recomendada: 15 – 25 °C.	Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional. No tirar los residuos por el desagüe. Los residuos se deben clasificar en las categorías aceptadas por los centros locales o nacionales de tratamiento de residuos. Por favor considerar las disposiciones nacionales o regionales pertinentes.	   
24	SOLUCION BUFFER DE FOSFATO PH 6.4	Como medida general, se procurará la correcta ventilación de los locales durante el desarrollo de las tareas. Se deberá tener en consideración el recorrido esperable de aire en la zona para la adecuada colocación del trabajador/a. La secuencia correcta será: entrada de aire-trabajador-foco de emisión salida de aire. Consérvese en su envase original de polietileno alta densidad (PEAD) y cerrado herméticamente; no se exponga a temperaturas extremas, la manipulación directa del líquido puede contaminarlo, almacene a temperatura ambiente entre 15-30 ° C.	Los generadores de desechos químicos deben determinar si un producto químico desechado se clasifica como un residuo peligroso. Consulte las regulaciones locales, regionales y nacionales de residuos peligrosos para asegurar una clasificación completa y precisa.	   
			El contenido de cada envase de Salina Fisiológica Grifol	   

25	SOLUCION SALINA	Como medida general, se procurará la correcta ventilación de los locales durante el desarrollo de las tareas. Se deberá tener en consideración el recorrido esperable de aire en la zona para la adecuada colocación del trabajador/a. La secuencia correcta será: entrada de aire-trabajador-foco de emisión salida de aire. Como vehículo o diluyente para uso terapéutico para administración parenteral, intravenosa, intramuscular o subcutánea. También como medio o diluyente en pruebas y ensayos analíticos.	El contenido de cada envase de Jamba fisiológica errónea es para una sola perfusión. Debe desecharse la fracción no utilizada. La solución debe ser transparente y no contener precipitados. No administrar en caso contrario. Al administrar la solución y en caso de mezclas, deberá guardarse la máxima asepsia durante la adición de medicamentos. Antes de adicionar medicamentos a la solución o de administrar simultáneamente con otros medicamentos, se debe comprobar que no existen incompatibilidades. Se deberá tener en cuenta el pH de la solución final.	   
26	STROMATOLIZER	Como medida general, se procurará la correcta ventilación de los locales durante el desarrollo de las tareas. Se deberá tener en consideración el recorrido esperable de aire en la zona para la adecuada colocación del trabajador/a. La secuencia correcta será: entrada de aire-trabajador-foco de emisión salida de aire. El uso de guantes, bata de laboratorio y frascos con cantidades pequeñas de la mezcla. Lejos de ácidos o bases fuertes y cualquier sustancia o mezcla que reaccione con el agua. Almacenar bien cerrado, en lugar bien ventilado.	Pequeñas cantidades pueden ser desechadas con la basura doméstica. Las pequeñas cantidades pueden diluirse con abundante agua y eliminarse. Es obligatorio eliminar las grandes cantidades siguiendo las normativas de las autoridades locales. El usuario de este material tiene la responsabilidad de disponer de material no utilizado, los residuos y los recipientes en cumplimiento con todas las leyes locales, estatales y federales con respecto al tratamiento, almacenamiento y eliminación de desechos peligrosos y no peligrosos.	   
27	DILUYENTE CELLPACK	Como medida general, se procurará la correcta ventilación de los locales durante el desarrollo de las tareas. Se deberá tener en consideración el recorrido esperable de aire en la zona para la adecuada colocación del trabajador/a. Precauciones para una manipulación segura Utilícese sólo en zonas bien aireadas. - Prevenición de incendios y explosiones: Tener preparados los aparatos respiratorios. - Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades - Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco. - Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No almacenar junto con alimentos. - Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.	Pequeñas cantidades pueden ser desechadas con la basura doméstica. Las pequeñas cantidades pueden diluirse con abundante agua y eliminarse. Es obligatorio eliminar las grandes cantidades siguiendo las normativas de las autoridades locales. El usuario de este material tiene la responsabilidad de disponer de material no utilizado, los residuos y los recipientes en cumplimiento con todas las leyes locales, estatales y federales con respecto al tratamiento, almacenamiento y eliminación de desechos peligrosos y no peligrosos.	   
				  

28	CREATININA COBAS C111	Como medida general, se procurará la correcta ventilación de los locales durante el desarrollo de las tareas. Se deberá tener en consideración el recorrido esperable de aire en la zona para la adecuada colocación del trabajador/a Manipulación: Este producto no arde por sí mismo. Abrir y manipular los envases con cuidado. Almacenamiento: Almacenar entre +2°C y +8°C. No almacenar junto con: Sin restricciones.	Tras su neutralización, las sobras pueden verterse a las aguas residuales respetando los límites oficiales establecidos.	   
29	ACIDO URICO COBAS C111	Como medida general, se procurará la correcta ventilación de los locales durante el desarrollo de las tareas. Se deberá tener en consideración el recorrido esperable de aire en la zona para la adecuada colocación del trabajador/a Producto sanitario para diagnostico in vitro, observe las medidas de precaución habituales para la manipulación de reactivos.	Elimine los residuos según las normas locales vigentes.	   
30	BILIRRUBINA TOTAL COBAS C111	Producto sanitario para diagnostico in vitro, observe las medidas de precaución habituales para la manipulación de reactivos.	Elimine los residuos según las normas locales vigentes.	   
31	BILIRRUBINA DIRECTA COBAS C111	Producto sanitario para diagnostico in vitro, observe las medidas de precaución habituales para la manipulación de reactivos.	Elimine los residuos según las normas locales vigentes.	   
				  

32	FOSFATASA ALCALINA COBAS C111	Producto sanitario para diagnostico in vitro, observe las medidas de precaución habituales para la manipulación de reactivos.	Elimine los residuos según las normas locales vigentes.	   
33	PROTEINAS TOTALES COBAS C111	Producto sanitario para diagnostico in vitro, observe las medidas de precaución habituales para la manipulación de reactivos.	Elimine los residuos según las normas locales vigentes.	   
34	FOSFORO COBAS C111	Producto sanitario para diagnostico in vitro, observe las medidas de precaución habituales para la manipulación de reactivos.	Elimine los residuos según las normas locales vigentes.	   
RESIDUOS				
35	Tubos de plástico Vacutainer	Manipular todo tipo de muestra como potencialmente infecciosa.	Desechar en recipiente de RPBI correspondiente, según la normativa NOM aplicable.	   
				   

36	Jeringas en general	Manipular todo tipo de muestra como potencialmente infecciosa.	Desechar en recipiente de RPBI correspondiente, según la normativa NOM aplicable.	   
37	Agujas de jeringas	Manipular todo tipo de material como potencialmente infeccioso, aunque este no haya estado en contacto con el paciente y o algún espécimen biológico.	Desechar en recipiente de RPBI punzocortante correspondiente, según la normativa NOM aplicable.	   
38	Vaso recolector de muestra	Manipular todo tipo de material como potencialmente infeccioso, aunque este no haya estado en contacto con el paciente y o algún espécimen biológico.	Desechar las muestras contenidas en estos recipientes en la basura común después de dejar desinfectar por 20 minutos en una solución de hipoclorito de sodio al 10 %.	   
39	Capilar de vidrio	Manipular todo tipo de material como potencialmente infeccioso, aunque este no haya estado en contacto con el paciente y o algún espécimen biológico.	Desechar en recipiente de RPBI punzocortante correspondiente, según la normativa NOM aplicable	   
40	Aguja vacutainer	Manipular todo tipo de material como potencialmente infeccioso, aunque este no haya estado en contacto con el paciente y o algún espécimen biológico.	Desechar en recipiente de RPBI punzocortante correspondiente, según la normativa NOM aplicable.	   
41	Equipo a lado vacutainer	Manipular todo tipo de material como potencialmente infeccioso, aunque este no haya estado en contacto con el	Desechar en recipiente de RPBI punzocortante correspondiente, según la normativa NOM aplicable.	  

		paciente y o algún espécimen biológico.		   
42	Torunda empapada	Manipular todo tipo de material como potencialmente infecciosa.	Desechar en recipiente de RPBI correspondiente, según la normativa NOM aplicable.	   
43	Gasa empapada	Manipular todo tipo de muestra como potencialmente infecciosa.	Desechar en recipiente de RPBI correspondiente, según la normativa NOM aplicable.	   
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.				CLAVE: CEMA-DO-LAC-LMSR-16 / V.1.0